



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° 115594

Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el **ORGANISMO ARGENTINO DE ACREDITACION** y el titular del Laboratorio de Calibración.

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (**SI**).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de **EDACI**.

Certificados de calibración sin firma y aclaración no serán validos. El usuario es responsable de la calibración del instrumento a intervalos apropiados.

**INSTRUMENTO:** Un Cronómetro Digital

**FABRICANTE:** Okusai

**MODELO:** 898 100 LAP

**N° DE SERIE:** 27920886

**IDENTIFICACIÓN:** CR 03

**DETERMINACIONES REQUERIDAS:** CALIBRACIÓN

**PROCEDIMIENTO APLICADO:** ED - CR - 01

**MÉTODO DE CALIBRACIÓN:** El cronómetro fue calibrado comparando la indicación con un reloj satelital patrón. Se realizaron mediciones por un período de 1 día, a partir de las cuales se determinó el corrimiento del oscilador del instrumento a calibrar. Una vez obtenido este, se determina el corrimiento del instrumento a diferentes intervalos de tiempo.

**CALIBRACIÓN REALIZADA EN:** EDACI S. R. L.

**FECHA DE RECEPCIÓN INSTRUMENTO:** 01 de agosto de 2022

**FECHA DE INICIO DE CALIBRACIÓN Ó MEDICIÓN:** 01 de agosto de 2022

**FECHA DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO:** 17 de agosto de 2022

**NÚMERO DE PÁGINAS DEL CERTIFICADO Y ANEXOS:** 2

**CLIENTE:** EDACI S. R. L.

**DOMICILIO:** Cnel. Lynch 2684

**LOCALIDAD:** San Justo

**PAIS:** Argentina

Cumple con Tolerancia

Firma

Fecha 17/08/2022

Los resultados consignados se refieren exclusivamente a la muestra recibida y EDACI SRL declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este informe. Esta prohibida la reproducción parcial del presente certificado.

INSTRUMENTO	IDENTIF.	MARCA	N° SERIE	N° CERTIFICADO	CAL.
RELOJ DIGITAL	RD 01	EDACI	2	OT N°00222-00003385 INTI AGOSTO 2021	120 MESES
TERMOHIGROMETRO	TH 14	TFA	7898	101902 EDACI ABRIL 2021	24 MESES

Dto. de Calibración  
Juan Quiroga

German Romano  
Jefe de Laboratorio