



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° 45592 / 13

Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el **ORGANISMO ARGENTINO DE ACREDITACION** y el titular del Laboratorio de Calibración.

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (**SI**).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del **OAA** y de **EDACI**.

Certificados de calibración sin firma y aclaración no serán validos. El usuario es responsable de la calibración del instrumento a intervalos apropiados.

INSTRUMENTO: Un adquisidor de datos de ocho canales. Sensor contenido en una vaina metálica de 50 mm de longitud y 5 mm de diámetro.

FABRICANTE: MadgeTech

MODELO: OctRTD

RANGO: (- 200 a + 200)°C

N° DE SERIE: M70704

IDENTIFICACIÓN DE USUARIO: AD - 06

DETERMINACIONES REQUERIDAS: CALIBRACIÓN

PROCEDIMIENTO APLICADO: ED - T - 04

METODO DE CALIBRACIÓN: El conjunto fue calibrado introduciendo el sensor en un baño y bloque seco de temperatura estable, junto con una termorresistencia patrón. Se realizaron diez mediciones por cada punto de calibración, a partir de las cuales se determinó la temperatura del punto a calibrar.

FECHA DE RECEPCIÓN INSTRUMENTO: 12 de septiembre de 2013

FECHA DE CALIBRACIÓN Ó MEDICIÓN: 12 de septiembre de 2013

FECHA DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO: 15 de septiembre de 2013

NÚMERO DE PÁGINAS DEL CERTIFICADO Y ANEXOS: 5

CLIENTE: EDACI S. R. L.

DOMICILIO: Cnel. Lynch 2684

LOCALIDAD: San Justo



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° 45592 / 13

Canal 1 – TR30

Indicación del Instrumento °C	Corrección de la Indicación °C	Incertidumbre °C
- 25,57	0,17	± 0,21
- 0,01	0,02	± 0,11
37,44	- 0,21	± 0,12
180,63	- 0,76	± 0,52

Canal 2 – TR31

Indicación del Instrumento °C	Corrección de la Indicación °C	Incertidumbre °C
- 25,64	0,24	± 0,21
0,02	- 0,01	± 0,11
37,49	- 0,26	± 0,11
181,08	- 1,22	± 0,52

Canal 3 – TR32

Indicación del Instrumento °C	Corrección de la Indicación °C	Incertidumbre °C
- 25,43	0,03	± 0,21
0,00	0,01	± 0,11
37,27	- 0,04	± 0,11
180,42	- 0,55	± 0,52



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° 45592 / 13

Canal 4 – TR33

Indicación del Instrumento °C	Corrección de la Indicación °C	Incertidumbre °C
- 25,78	0,38	± 0,21
0,01	0,00	± 0,11
37,72	- 0,48	± 0,13
182,26	- 2,40	± 0,52

Canal 5 – TR34

Indicación del Instrumento °C	Corrección de la Indicación °C	Incertidumbre °C
- 25,61	0,21	± 0,21
- 0,05	0,06	± 0,11
37,34	- 0,10	± 0,12
181,28	- 1,41	± 0,52

Canal 6 – TR35

Indicación del Instrumento °C	Corrección de la Indicación °C	Incertidumbre °C
- 25,64	0,24	± 0,21
0,00	0,01	± 0,11
37,45	- 0,21	± 0,11
180,63	- 0,76	± 0,52



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° 45592 / 13

Canal 7 – TR36

Indicación del Instrumento °C	Corrección de la Indicación °C	Incertidumbre °C
- 25,61	0,21	± 0,21
0,01	0,00	± 0,11
37,41	- 0,18	± 0,11
180,96	- 1,10	± 0,52

Canal 8 – TR37

Indicación del Instrumento °C	Corrección de la Indicación °C	Incertidumbre °C
- 25,54	0,14	± 0,21
0,01	0,00	± 0,11
37,16	0,08	± 0,11
180,24	- 0,37	± 0,52

OBSERVACIONES:

TEMP. AMBIENTE: 24,2 °C ± 1 °C

H.R.A.: 43 ± 4%



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° 45592 / 13

La temperatura según la ITS 90 se obtiene sumando algebraicamente la "Indicación del Instrumento" y la "Corrección en la Indicación".

"La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura $k=2$ que, para una Distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. La incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme a la Norma IRAM 35051:2004."

El valor Indicación del instrumento es el resultante del promedio de diez lecturas para cada punto, registrados en la planilla de uso interno 5.4/1.

La trazabilidad puede ser visualizada desde nuestra página web www.edaci.com

Al instrumento no se le ha efectuado ningún ajuste o reparación previa a la calibración.

PATRONES UTILIZADOS:

INSTRUMENTO	IDENTIF.	MARCA	N° SERIE	N° CERTIFICADO	FREC. CAL.
INDICADOR DIGITAL CON TERMORRESISTENCIA	IT01 con T100-11	ASL // ASP	063129	FM-102-14955 INTI NOV. 11	24 MESES
TERMOHIGROMETRO	TH 11	TFA	06A00	43019 EDACI ABRIL 13	24 MESES

Jefe División Laboratorios
German Romano

Director Técnico
Ing. Alberto Romano