



Certificado de calibración

OT N° FM-102-16303

N° de páginas del certificado: 5

Objeto

Un sistema calibrador compuesto por un calibrador y un termómetro de compensación de junta fría CCJ1, ó CCK1, ó CCS3

Fabricante / Marca

Automatic Systems Laboratories

Modelo / Número de serie

F150, N° de serie 063129

Determinaciones requeridas

Calibración del Canal A en modo indicador para termocuplas sin juntas de compensación, tipo K en 300°C, 600°C y 900°C; y tipo S en 700°C, 900°C y 1100°C. Y para Pt100 385 en valores próximos a 0°C, 200°C, 400°C y 650°C.

Calibración del Canal B en modo indicador de termocuplas con juntas de compensación incluidas, tipo J en 0°C, 200°C, 400°C y 800°C; tipo K en 0°C, 300°C, 600°C y 1100°C; y tipo S en 0°C, 600°C, 1200°C y 1700°C. Y en modo indicador de Pt100 385 en valores próximos a -80°C, 150°C, 400°C, y 600°C.

Fecha de calibración

julio de 2013

Solicitante

EDACI SRL
lynch 2684 (1754) San Justo.
Prov. de Buenos Aires

Buenos Aires, 30 de julio de 2013


Ing. PABLO LAYNO
U. T. CALOR
FISICA y METROLOGIA
INTI


Lic. JAVIER GARCIA SKABAR
COORD. U.T. CALOR
FISICA Y METROLOGIA
INTI

Este certificado documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización del INTI. Los resultados se refieren exclusivamente a los elementos recibidos, el INTI declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciera de este certificado.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren a las condiciones en que se realizaron las mediciones.

El usuario es responsable de la calibración a intervalos apropiados.



Metodología empleada

La calibración del instrumento se realizó por simulación del termómetro correspondiente, utilizando patrones de magnitudes eléctricas según procedimiento de calibración PEC07.
Ref: [http://www.inti.gov.ar/fisicaymetrologia/sistema de la calidad](http://www.inti.gov.ar/fisicaymetrologia/sistema%20de%20la%20calidad)

Para el caso de termocuplas con junta de compensación, se configuró el arreglo de medición mediante la conexión al objeto, en oposición, del termómetro de compensación de junta fría correspondiente provisto por este laboratorio. A dicho arreglo, se le inyectaron sucesivamente, las fuerzas electromotrices correspondientes a los valores de temperatura de calibración solicitados, de acuerdo con la publicación NIST Monograph 175. Estos valores fueron provistos y medidos por un calibrador multifunción (patrón).

Para el caso de termocuplas sin junta de compensación, se procedió igual sin el termómetro de compensación de junta fría de este laboratorio.

Para el caso de Pt100 385, se aplicaron sucesivamente al instrumento, en configuración de cuatro terminales, los valores de resistencia eléctrica correspondientes a valores próximos de las temperaturas de calibración solicitadas, de acuerdo con la publicación IEC 751 (o DIN 43760). Estos valores fueron provistos por un resistor variable y medidos por un calibrador multifunción (patrón).

La instrumentación mencionada se halla mantenida en los laboratorios del INTI.

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (23 ± 1) °C.
humedad menor que 80%

Resultados

Para el canal A

Modo indicador de termopares tipo K

Indicación del instrumento (°C)	Corrección (°C)	Incertidumbre (°C)
300,03	0,0	0,3
600,01	0,0	0,3
900,02	0,0	0,3



Modo indicador de termopares tipo S

Indicación del instrumento (°C)	Corrección (°C)	Incertidumbre (°C)
700,01	0,0	0,5
900,00	0,0	0,5
1100,01	0,0	0,5

Modo indicador de termómetros de resistencia Pt100 385

Indicación del instrumento (°C)	Corrección (°C)	Incertidumbre (°C)
- 0,003	0,00	0,02
199,987	0,01	0,03
399,981	0,02	0,03
649,970	0,03	0,07

Para el canal B

Modo indicador de termopares tipo J

Indicación del instrumento (°C)	Corrección (°C)	Incertidumbre (°C)
0,05	0,0	0,3
200,04	0,0	0,3
400,06	0,0	0,3
800,07	- 0,1	0,3

Modo indicador de termopares tipo K

Indicación del instrumento (°C)	Corrección (°C)	Incertidumbre (°C)
0,39	- 0,2	0,2
300,42	- 0,3	0,3
600,38	- 0,2	0,3
1100,43	- 0,3	0,5



Modo indicador de termopares tipo S

Indicación del instrumento (°C)	Corrección (°C)	Incertidumbre (°C)
1,47	-1,6	0,7
600,82	-0,9	0,6
1200,66	-0,7	0,5
1700,72	-0,8	0,5

Modo indicador de termómetros de resistencia Pt100 385

Indicación del instrumento (°C)	Corrección (°C)	Incertidumbre (°C)
-79,998	0,00	0,02
149,994	0,01	0,04
399,978	0,02	0,04
599,972	0,02	0,05

Observaciones

Los valores de temperatura indicados corresponden a la Escala Internacional de Temperatura de 1990 (Ref. : "Metrología" 27, 3 - 10, 1990).

Los valores indicados como "Corrección", corresponden a la diferencia entre los valores de temperatura obtenidos a partir de nuestros patrones y los respectivos indicados por el instrumento.

La incertidumbre de medición expandida informada fue calculada multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor de cubrimiento $k=2$, que corresponde a un nivel aproximado de confianza del 95 %, bajo distribución normal.

Para el caso de termopares, el instrumento fue calibrado con su compensación interna de Junta Fria desactivada, eligiendo en el menú correspondiente RJ OFF



El INTI es el máximo órgano técnico de la República Argentina en el campo de la Metrología. Es función legal del INTI la realización y mantenimiento de los patrones de las unidades de medida, conforme al Sistema Internacional de Unidades (SI), así como su diseminación en los ámbitos de la metrología científica, industrial y legal, constituyendo la cúspide de la pirámide de trazabilidad metroológica en la República Argentina. Los Certificados de Calibración/Medición emitidos por el INTI y por los Institutos Designados por el INTI en las magnitudes no cubiertas por éste, garantizan que el elemento calibrado posee trazabilidad a los patrones nacionales realizados y mantenidos por el propio INTI y los Institutos Designados por el INTI.

Con el fin de asegurar la validez, coherencia y equivalencia internacional de sus mediciones, el INTI, como miembro del Sistema Interamericano de Metrología (SIM), participa junto con otros Institutos Nacionales de Metrología en comparaciones interlaboratorios organizadas por las diferentes Organizaciones Metroológicas Regionales (OMR) o por el propio Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM), a través de sus Comités Consultivos.

El INTI es asimismo firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Patrones Nacionales de Medida y Certificados de Calibración y de Medición emitidos por los Institutos Nacionales de Metrología (CIPM-MRA), redactado por el Comité Internacional de Pesas y Medidas, por el que todos los Institutos participantes reconocen entre sí la validez de sus Certificados de Calibración y de Medición para las magnitudes, campos e incertidumbres especificados en el Apéndice C del Acuerdo, el cual refleja las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) aceptadas a nivel internacional, soportadas por comparaciones internacionales y realizadas bajo un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO/IEC 17025. Este Acuerdo constituye la respuesta a la creciente necesidad de un esquema abierto, amplio y transparente para brindar a los usuarios información cuantitativa confiable sobre la comparabilidad de los servicios nacionales de metrología, proporcionando la base técnica para acuerdos más amplios en el comercio internacional y en los ámbitos reglamentados.

Las CMCs declaradas por cada participante del CIPM-MRA son aceptadas por los demás mediante un complejo procedimiento de evaluaciones, que en cada caso puede demandar varios años de actividad, hasta llegar a ser incorporadas en el Apéndice C de la base de datos que mantiene la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (Bureau International des Poids et Mesures - BIPM) en el sitio web <http://www.bipm.org>. Desde la firma del Acuerdo en 1999 hasta la fecha, el INTI ya ha presentado sus CMCs más relevantes en todas las magnitudes y continúa ampliando sus declaraciones.

Fin del Certificado

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

► En Buenos Aires

· fisicaymetrologia@inti.gov.ar · electronicaeinformatica@inti.gov.ar · mecanica@inti.gov.ar
· Colectora de Av. Graf. Paz 5445, es/Albarelos y Av. de los Constituyentes - CC 157 (B1650WAB) - San Martín, Prov. de Buenos Aires, Argentina.
· Tel: 54 011 4724-6200 / 6300 / 6400.

► En Córdoba

· cba@inti.gov.ar
· Av. Vélez Sarsfield 1561 - CC 884 (X5000JKC) Córdoba, Prov. de Córdoba, Argentina. Tel.: 54 0351 469-8304 / 684835 Fax: 54 0351 4699459.

► En Rafaela

· raf@inti.gov.ar
· Ruta Nacional 34 km 227,6 - (S2300WAC) Rafaela, Prov. de Santa Fe, Argentina. Telefax: 54 03492 440471.

► En Rosario

· ros@inti.gov.ar
· Edificio INTI Esmeralda y Ocampo (S2000FHQ) Rosario - Prov. de Santa Fe, Argentina. Telefax: 54 0341 481-5976 / 482-3283 / 482-1030.

► En Mar del Plata

· mdq@inti.gov.ar
· Marcelo T. de Alvear 1168 - C.C. B7603AAX - Mar del Plata - Buenos Aires - Argentina. Teléfono (54 223) 480 2801.

► En cualquier otro lugar del país: consultar sin cargo al 0800-444-4004 a consultas@inti.gov.ar o en www.inti.gov.ar.