

Cliente / Customer name
 EDACI
 Cnel Lynch 2684 S. Justo
 Buenos Aires - Argentina



Fecha / Date of issue 14-Ene-2016
 Nº de Certificado / Certificate no. 181687
 Nº de cilindro / Cylinder no. FF 16019
 Nº de orden / Order number 18625
 Nº de Página / Page number 1 (of 1)

Certificado de Analisis - Certified of Analysis

Tipo de Patrón / Standard type

PATRON CERTIFICADO

Cilindro / Cylinder

Tipo de cilindro / Cylinder type (Lts)	Conexión de cilindro / Cylinder connection	Presión de llenado / Filling pressure (15° C) (Bara)	Volumen de gas / Gas volume(15°C, 1.013bar) (Nm3)
Aluminio 6 Lts	IRAM N°2539, N2	150	0,8

Componente / Component	Solicitud Order	Análisis Analysis result	Incertidumbre +/- Uncertainty Abs.	Unidad Unit (mol)
N-HEXANO	n-C6H14	0,04	0,006	%
MONOXIDO DE CARBONO	CO	2,50	0,06	%
NITROGENO	N2	Balance		

Nivel de Confianza / Confidence level:

Método de Preparación / Preparation method

Método analítico / Analytical method

Referencia empleada / Standard used

Presión mínima de uso / Minimum pressure of use

Temperatura Recomendada de almacenamiento y uso

Recommended storage and usage temperature

Componentes tóxicos / Toxic component

Mezcla inflamable u oxidante / Flammable or oxidant mixt.

Código NU / UN code

Estabilidad garantizada hasta / use before

Comentarios / Coments

95%

Gravimétrico / Gravimetric

GRAVIMETRICO

PATRONES GENERADOS POR CARGA GRAVIMETRICA DE ACUERDO A ISO 6142:2001

5 bar

0 °C a / to +35 °C

SI

NO

1955

14-Ene-2018

La tolerancia está referida a las normas ISO 6141, 6143

El grupo Linde Gas de Argentina SA mantiene certificado su sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008; vigente desde el año 1999, siendo su alcance para nuestra planta de Gases Especiales - "DISEÑO, PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GASES ESPECIALES". --, por TÜV Rheinland (TÜV). N° certificado: 01 10006 1529783
 HiQ® marca registrada del GRUPO LINDE sinónimo de Calidad y Garantía

Lugar de producción / Production Site

GRUPO LINDE GAS S.A.- Planta Gases Especiales, Calle 19 N° 284, Parque industrial Pilar(B1629MXA)

Responsable del análisis / Responsible for the analysis

NOTA: Este certificado no puede ser reproducido, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio.GRUPO LINDE GAS S.A. resguarda la confidencialidad de los datos y propiedad intelectual contenidos en el presente documento
 GRUPO LINDE GAS S.A. | Calle 54 N° 2075 - CP 1650 San Martín - Buenos Aires | Argentina
 Tel.: +54-11-4724-8888 | Fax: +54-11-4724-8811 | www.lindegas.com.ar

Ramiro Alejandro Lopez Martin
 Supervisor de Laboratorio
 Planta Gases Especiales

Formulario AR-PRO-0043 B