

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° 25843 / 10

Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el **ORGANISMO ARGENTINO DE ACREDITACION** y el titular del Laboratorio de Calibración.

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (**SI**).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del **OAA** y de **EDACI**.

Certificados de calibración sin firma y aclaración no serán validos. El usuario es responsable de la calibración del instrumento a intervalos apropiados.

INSTRUMENTO: Un termómetro de vidrio de aproximadamente 400 mm de longitud y 7 mm de diámetro.

FABRICANTE: Fite

MODELO: Varilla de inmersión total

RANGO: 0 – 200 °C

N° DE SERIE: 32465

IDENTIFICACIÓN CLIENTE: T03

DETERMINACIONES REQUERIDAS: CALIBRACIÓN

PROCEDIMIENTO APLICADO: ED – T – 02

MÉTODO DE CALIBRACIÓN: El termómetro fue calibrado introduciéndolo en un baño de temperatura estable. Se realizaron diez mediciones por cada punto de calibración, a partir de las cuales se determinó la temperatura del baño utilizado.

FECHA DE RECEPCIÓN INSTRUMENTO: 07 de julio de 2010

FECHA DE CALIBRACIÓN Ó MEDICIÓN: 12 de julio de 2010

FECHA DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO: 13 de julio de 2010

NÚMERO DE PÁGINAS DEL CERTIFICADO Y ANEXOS: 2

CLIENTE: EDACI S. R. L.

DOMICILIO: Cnel. Lynch 2684

LOCALIDAD: San Justo

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Nº 25843 / 10

Indicación del Instrumento °C	Corrección de la Indicación °C	Incertidumbre °C
50,25	-0,25	± 0,31
90,00	-0,25	± 0,31
150,25	-0,25	± 0,70
200,00	-0,75	± 0,70

OBSERVACIONES:

TEMP. AMBIENTE: 20,0 °C ± 1 °C

H.R.A.: 36 ± 4%

CORRECCIÓN DE COLUMNA EMERGENTE: NO

El instrumento se ha calibrado con una resolución mínima de 0,25 °C

La temperatura según la ITS 90 se obtiene sumando algebraicamente la "Indicación del Instrumento" y la "Corrección en la Indicación".

"La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura $k=2$ que, para una Distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. La incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme a la Norma IRAM 35051:2004."

El valor Indicación del instrumento es el resultante del promedio de diez lecturas para cada punto, registrados en la planilla de uso interno 5.4/1.

Al instrumento no se le ha efectuado ningún ajuste o reparación previa a la calibración.

PATRONES UTILIZADOS:

INSTRUMENTO	IDENTIF.	MARCA	Nº SERIE	Nº CERTIFICADO	FREC. CAL.
TERMOMETRO DIGITAL CON TERMORRESISTENCIA	3290 con T100-250	ASL	3290 0001 1542 B471015	FM-102-12911 3º Parcial INTI JULIO 09	36 MESES
TERMOHIGROMETRO	TH 05	TFA	6371	19933 EDACI ABRIL 09	24 MESES