



**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° 65654 / 16**

Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el **ORGANISMO ARGENTINO DE ACREDITACION** y el titular del Laboratorio de Calibración.

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (**SI**).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del **OAA** y de **EDACI**.

Certificados de calibración sin firma y aclaración no serán validos. El usuario es responsable de la calibración del instrumento a intervalos apropiados.

**INSTRUMENTO:** Un transductor de presión con salida 4 – 20 mA. Calibrado en forma conjunta con tres indicadores digitales.

**FABRICANTE:** Transductor: ADZ Nagano; Indicador 1: Unomat; Indicador 2; Druck Indicador 3: Druck

**MODELO:** Transductor: ADZ-SML-10.0; Indicador 1: MCX-II; Indicador 2: DPI 620; Indicador 3: 620 G

**RANGO:** (0 a 100)bar

**N° DE SERIE:** Transductor: 01607120012; Indicador 1: 5983; Indicador 2: 3722197; Indicador 3: 4006903

**IDENTIFICACIÓN DE USUARIO:** Transductor: TP 08; Indicador 1: CP 07; Indicador 2: CP 09;  
Indicador 3: CP 13

**DETERMINACIONES REQUERIDAS:** CALIBRACIÓN

**PROCEDIMIENTO APLICADO:** ED – MN – 02

**METODO DE CALIBRACIÓN:** El manómetro fue calibrado comparando la indicación con la presión generada por una balanza manométrica. Se realizaron ocho mediciones por cada punto de calibración, a partir de las cuales se determinó la presión de referencia.

**FECHA DE RECEPCIÓN INSTRUMENTO:** 04 de octubre de 2016

**FECHA DE CALIBRACIÓN Ó MEDICIÓN:** 12 de octubre de 2016

**FECHA DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO:** 13 de octubre de 2016

**NÚMERO DE PÁGINAS DEL CERTIFICADO Y ANEXOS:** 3

**CLIENTE:** EDACI S. R. L.

**DOMICILIO:** Cnel. Lynch 2684  
**PAIS:** Argentina

**LOCALIDAD:** San Justo

**EDACI**EMPRESA DE AUTOMATIZACIÓN  
Y CONTROL INDUSTRIAL**OAA**Organismo  
Argentino de  
AcreditaciónAdministración y Laboratorio: Cnel Lynch 2684  
Planta 1: Cnel Lynch 2827 B1754CRR  
Prov.de Buenos Aires - Argentina  
Tel/Fax: (54) 11 - 4441-0614 Líneas Rotativas  
email: ventas@edaci.com

www.edaci.com

Hoja 2

## CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° 65654 / 16

## TP08 + CP07

Indicación Ascendente bar	Corrección Ascendente bar	Incertidumbre Ascendente bar	Indicación Descendente bar	Corrección Descendente bar	Incertidumbre Descendente bar
- 0,11	0,11	± 0,024	- 0,11	0,11	± 0,024
24,86	0,14	± 0,063	24,80	0,20	± 0,063
49,88	0,12	± 0,130	49,88	0,12	± 0,130
74,78	0,22	± 0,190	74,78	0,22	± 0,190
99,75	0,25	± 0,250	99,69	0,31	± 0,250

## TP08 + CP09

Indicación Ascendente bar	Corrección Ascendente bar	Incertidumbre Ascendente bar	Indicación Descendente bar	Corrección Descendente bar	Incertidumbre Descendente bar
- 0,11	0,11	± 0,024	- 0,11	0,11	± 0,024
24,86	0,14	± 0,063	24,80	0,20	± 0,063
49,88	0,12	± 0,130	49,88	0,12	± 0,130
74,78	0,22	± 0,190	74,78	0,22	± 0,190
99,75	0,25	± 0,250	99,69	0,31	± 0,250

## TP08 + CP13

Indicación Ascendente bar	Corrección Ascendente bar	Incertidumbre Ascendente bar	Indicación Descendente bar	Corrección Descendente bar	Incertidumbre Descendente bar
- 0,10	0,10	± 0,024	- 0,10	0,10	± 0,024
24,87	0,13	± 0,063	24,81	0,19	± 0,063
49,89	0,11	± 0,130	49,90	0,10	± 0,130
74,80	0,20	± 0,190	74,80	0,20	± 0,190
99,77	0,23	± 0,250	99,71	0,29	± 0,250

## OBSERVACIONES:

TEMP. AMBIENTE: 20,6°C ± 1°C

H.R.A.: 53%HR ± 6%HR



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° 65654 / 16

Fluido utilizado: Aceite

La indicación es el valor obtenido del instrumento a calibrar surgido del promedio de las carreras efectuadas en sentido ascendente y descendente, registrados en la planilla de uso interno 5.4/1.

"La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura  $k=2$  que, para una Distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. La incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme a la Norma IRAM 35051:2004."

La trazabilidad puede ser visualizada desde nuestra página web [www.edaci.com](http://www.edaci.com)

**Al instrumento no se le ha efectuado ningún ajuste o reparación previa a la calibración.**

**PATRONES UTILIZADOS:**

INSTRUMENTO	IDENTIF.	MARCA	N° SERIE	N° CERTIFICADO	FREC. CAL.
BALANZA MANOMETRICA	BM 05	NAGMAN	DWT 1405 P0048	2014 - 15 /CFC / 5629 NAGMAN JUNIO 14	36 MESES
TERMOHIGROMETRO	TH 19	LUFT	----	52563 EDACI NOVIEMBRE 14	24 MESES

Jefe División Laboratorios  
Germán Romano

Director Técnico  
Ing. Alberto Romano