

CERTIFICADO DE CALIBRACION

Certificado N°: OAA6739

Página 1 de 2

Cliente: EDACI S.R.L. - Lynch 2684 - (1754) San Justo - Pcia. De Buenos Aires

Usuario: EDACI S.R.L.

Objeto: Calibración de conjunto de pesas Clase E2 y M1

Procedimiento aplicable: PC-002-01-O

Version: 16

Condiciones ambientales:

Temp.inicio°C:	22,4	Presión inicio hPa:	1014,0	HR inicio %:	49
Temp. fin °C:	22,6	Presión fin hPa:	1014,2	HR fin %:	50

Calibrado en: Laboratorio Sahilices Hnos.

Patrones utilizados: Pesas PE PR 001 Cert. N° 1742225-10-MET, PE PR 002

Cert. N° 1742225-01-MET al 09-MET, PE PT 006 Cert. N° OAA5873 y PE PT 002 Cert. N° OAA4683.

Fecha de Recepción: 01/04/2021

Fecha de Calibración: 20/04/2021

Fecha de Emisión: 20/04/2021

V° B° :

MARCOS A. FIORE
Subdirector Técnico
Sahilices Hnos. S.R.L.

Los resultados expresados se refieren exclusivamente al equipo recibido, Sahilices Hnos. declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciera de este certificado. Esta prohibida la reproducción parcial del presente certificado.

HOJA DE DATOS CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO N° OAA6739

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LAS MEDICIONES						
IDENTIFICACION	MARCA	NRO SERIE	VALOR NOMINAL	ERROR CONV.	INCERTIDUMBRE	UNIDAD
AB5747	Dolz Hnos. S.R.L.	AB5747	1	0,002	0,003	mg
AB5747	Dolz Hnos. S.R.L.	AB5747	2	0,002	0,003	mg
AB2848	--	--	1	0,0006	0,0003	g

OBSERVACIONES:

.....

.....

"La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre combinada por el factor de cobertura $k = 2$ que, para una distribución normal corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. La incertidumbre combinada se ha determinado conforme a la norma IRAM 35051:2004."

Los resultados de las mediciones que constan en este certificado, fueron obtenidos mediante el uso de patrones que poseen trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI)

Tec. Gabriel M. Malespina
SAHILICES HNOS. S.R.L.

Técnico

Los resultados expresados se refieren exclusivamente al equipo recibido, Sahilices Hnos. declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciera de este certificado. Esta prohibida la reproducción parcial del presente certificado.



Fonrouge 1867/75
Cap. Fed. (C1440CYU)

CUIT: 30-50460344-6 / INSCR. en METROLOGIA LEGAL N° 2500

Schilwa

Dolz Hnos. SRL

Tel./Fax: (5411) 4635-3159 / 4683-8890

E-mail: ventas@dolzhnos.com.ar

Página Web: http://www.dolzhnos.com.ar

DECLARACION DE CONFORMIDAD

INSTRUMENTO DE MEDIDA: "PESAS"

MARCA	DOLZ
CANTIDAD	1 (un)
MODELO	Juego de Fracciones
CARACTERISTICAS METROLOGICAS	CAPACIDAD: 3 mg COMPOSICION: 1 mg y 2 mg CLASE: E2 MATERIAL: En aluminio
ORIGEN	ARGENTINA
APROBACION DE MODELO	ZX.30-452 del 21/05/1985
SERIE N°	ESTUCHE : AB5747

Luego de realizar los ensayos requeridos en las disposiciones legales vigentes DOLZ HNOS. SRL emite el presente certificado de conformidad con el modelo aprobado, el cual puede ser requerido ante una inspección. DOLZ HNOS. SRL está en condiciones de emitir esta declaración en función de los resultados de la auditoria efectuada por el INTI según consta en el Certificado N° 006.

El usuario tiene la obligación de conservar el instrumento y el presente certificado en perfecto estado.

FECHA	CONFECCIONÓ	APROBÓ
18-Marzo-2021	M. PERRETTA	FRANCISCO A. DOLZ

FEF.4.2

DPLICADO