

**EDACI**EMPRESA DE AUTOMATIZACIÓN
Y CONTROL INDUSTRIAL**OAA**Organismo
Argentino de
AcreditaciónLaboratorio de Calibración
LC 008Administración y Laboratorio: Cnel Lynch 2684
Planta 1: Cnel. Lynch 2827 B1754CRR
Prov.de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) 11 - 4441-0614 Líneas Rotativas
email: ventas@edaci.com

www.edaci.com

Página 1 de 4

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° 135453

Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el **ORGANISMO ARGENTINO DE ACREDITACION** y el titular del Laboratorio de Calibración.

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (**SI**).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de **EDACI**.

Certificados de calibración sin firma y aclaración no serán válidos. El usuario es responsable de la calibración del instrumento a intervalos apropiados.

INSTRUMENTO: Un conjunto adquisidor de datos de 4 canales y 4 sensores de temperatura. Sensores contenidos en una vaina plástica de aproximadamente 4000 mm de longitud y 1,5 mm de diámetro. con ficha.

FABRICANTE: HOBO

MODELO: UX120-014M

RANGO: (- 260 a + 1370) °C

N° DE SERIE: 20796301

IDENTIFICACIÓN: AD52

DETERMINACIONES REQUERIDAS: CALIBRACIÓN

PROCEDIMIENTO APLICADO: ED – T – 04

METODO DE CALIBRACIÓN: El conjunto fue calibrado introduciendo el sensor en un baño de temperatura estable, junto con una termorresistencia patrón. Se realizaron diez mediciones por cada punto de calibración, a partir de las cuales se determinó la temperatura del punto a calibrar.

CALIBRACIÓN REALIZADA EN: EDACI S.R.L.

FECHA DE RECEPCIÓN INSTRUMENTO: 03 de mayo de 2024

FECHA DE CALIBRACIÓN Ó MEDICIÓN: 20 de mayo de 2024

FECHA DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO: 22 de mayo de 2024

NÚMERO DE PÁGINAS DEL CERTIFICADO Y ANEXOS: 4

CLIENTE: EDACI S. R. L.

DOMICILIO: Cnel. Lynch 2684

PAIS: Argentina

LOCALIDAD: San Justo

Cumple con Tolerancia

Firma

Fecha 22/05/24

**EDACI**EMPRESA DE AUTOMATIZACIÓN
Y CONTROL INDUSTRIAL**OAA** ✓Organismo
Argentino de
AcreditaciónLaboratorio de Calibración
LC 998Administración y Laboratorio: Cnel Lynch 2684
Planta 1: Cnel Lynch 2827 B1754CRR
Prov.de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) 11 - 4441-0614 Líneas Rotativas
email: ventas@edaci.com

www.edaci.com

Página 2 de 4

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° 135453

Canal 1 / Sensor TC56

Indicación del Patrón °C	Indicación del Instrumento °C	Corrección de la Indicación °C	Incertidumbre Expandida °C
- 25,08	- 24,60	- 0,48	0,46
0,00	0,22	- 0,22	0,070
21,92	21,98	- 0,06	0,066
37,54	37,70	- 0,16	0,069
49,42	49,78	- 0,36	0,073
81,31	81,57	- 0,26	0,13
106,16	106,59	- 0,43	0,13
150,86	151,70	- 0,84	0,13
180,95	181,47	- 0,52	0,12

Canal 2 / Sensor TC57

Indicación del Patrón °C	Indicación del Instrumento °C	Corrección de la Indicación °C	Incertidumbre Expandida °C
- 25,08	- 24,59	- 0,49	0,46
0,00	0,11	- 0,11	0,070
21,92	22,05	- 0,13	0,065
37,54	37,74	- 0,20	0,067
49,42	49,60	- 0,18	0,074
81,31	81,62	- 0,31	0,12
106,16	106,70	- 0,54	0,13
150,86	151,86	- 1,00	0,13
180,95	181,65	- 0,70	0,12



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Nº 135453

Canal 3 / Sensor TC58

Indicación del Patrón °C	Indicación del Instrumento °C	Corrección de la Indicación °C	Incertidumbre Expandida °C
- 25,08	- 24,69	- 0,39	0,46
0,00	0,22	- 0,22	0,070
21,92	22,05	- 0,13	0,067
37,54	37,68	- 0,14	0,073
49,42	49,66	- 0,24	0,067
81,31	81,44	- 0,13	0,13
106,16	106,52	- 0,36	0,13
150,86	151,59	- 0,73	0,12
180,95	181,35	- 0,40	0,12

Canal 4 / Sensor TC59

Indicación del Patrón °C	Indicación del Instrumento °C	Corrección de la Indicación °C	Incertidumbre Expandida °C
- 25,08	- 24,68	- 0,40	0,46
0,00	0,48	- 0,48	0,070
21,92	22,11	- 0,19	0,069
37,54	37,79	- 0,25	0,071
49,42	49,62	- 0,20	0,070
81,31	81,74	- 0,43	0,13
106,16	106,84	- 0,68	0,13
150,86	152,10	- 1,24	0,13
180,95	182,02	- 1,07	0,12

RESOLUCIÓN: 0,01 °C