

CERTIFICADO DE CALIBRACION

Certificado N°: OAA6739

Página 1 de 2

Cliente: EDACI S.R.L. - Lynch 2684 - (1754) San Justo - Pcia. De Buenos Aires

Usuario: EDACI S.R.L.

Objeto: Calibración de conjunto de pesas Clase E2 y M1

Procedimiento aplicable: PC-002-01-O

Version: 16

Condiciones ambientales:

Temp.inicio°C:	22,4	Presión inicio hPa:	1014,0	HR inicio %:	49
Temp. fin °C:	22,6	Presión fin hPa:	1014,2	HR fin %:	50

Calibrado en: Laboratorio Sahilices Hnos.

Patrones utilizados: Pesas PE PR 001 Cert. N° 1742225-10-MET, PE PR 002

Cert. N° 1742225-01-MET al 09-MET, PE PT 006 Cert. N° OAA5873 y PE PT 002 Cert. N° OAA4683.

Fecha de Recepción: 01/04/2021

Fecha de Calibración: 20/04/2021

Fecha de Emisión: 20/04/2021

V° B° :

MARCOS A. FIORE
Subdirector Técnico
Sahilices Hnos. S.R.L.

Los resultados expresados se refieren exclusivamente al equipo recibido, Sahilices Hnos. declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciera de este certificado. Esta prohibida la reproducción parcial del presente certificado.

HOJA DE DATOS CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO N° OAA6739

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LAS MEDICIONES						
IDENTIFICACION	MARCA	NRO SERIE	VALOR NOMINAL	ERROR CONV.	INCERTIDUMBRE	UNIDAD
AB5747	Dolz Hnos. S.R.L.	AB5747	1	0,002	0,003	mg
AB5747	Dolz Hnos. S.R.L.	AB5747	2	0,002	0,003	mg
AB2848	--	--	1	0,0006	0,0003	g

OBSERVACIONES:

"La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre combinada por el factor de cobertura $k = 2$ que, para una distribución normal corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. La incertidumbre combinada se ha determinado conforme a la norma IRAM 35051:2004."

Los resultados de las mediciones que constan en este certificado, fueron obtenidos mediante el uso de patrones que poseen trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI)

Tec. Gabriel M. Malespina
SAHILICES HNOS. S.R.L.

Técnico

Los resultados expresados se refieren exclusivamente al equipo recibido, Sahilices Hnos. declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciera de este certificado. Esta prohibida la reproducción parcial del presente certificado.